

หน้ากากอนามัย KN95 Folded Mask



เลขอย. CHN6310668



รหัสสินค้า	: 16ELG55001V
ยี่ห้อสินค้า	: SUREBLUE
รุ่น	: 55001V
มาตรฐานสินค้า	: KN95 , ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GB2626-2006
ใบอนุญาต อย.	: CHN6310668

รายละเอียดสินค้า

- หน้ากากคาร์บอนทรง 3D แบบคล้องหูกว้างพิเศษ 5 มม. สวมใส่สบายไม่เจ็บหู
 - หน้ากากแบบมีวาล์ว ช่วยในการระบายอากาศได้ดี การหายใจสะดวกมากขึ้น
 - หน้ากากชั้นนอกทำจาก NON-WOVEN 50 g. ป้องกันละอองขนาดเล็ก
 - หน้ากากชั้นที่ 2 ทำจาก ACTIVATED CARBON 30 g.
 - หน้ากากชั้นที่ 3 ทำจาก MELTBLOWN FILTER 50 g.
 - หน้ากากชั้นที่ 4 ทำจาก HOT-AIR COTTON 50 g.
 - หน้ากากชั้นในทำจาก ELECROSPINNING NONWOVEN สัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี
- ไม่ระคายเคืองผิวหนัง
- ประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 95% ขนาดละออง 0.3 ไมครอน
 - ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และการปนเปื้อนระบบทางเดินหายใจ ป้องกันฝุ่น PM2.5 อันตรายจากของเหลว ในรูปแบบไอระเหย, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สพิษ เป็นต้น
 - มีแถบลูมิเนียมแบบซ่อน สามารถปรับระดับให้กระชับกับใบหน้า
 - ขนาดของหน้ากาก 260 x 120 มม.
 - บรรจุ 30 ชิ้น/กล่อง



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชินเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th



แบบ บ.น.ท 1

รับรองทั้งหมด

หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ 6310668

24 พฤศจิกายน 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

ชื่อผู้ผลิต : KUTA TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LIMITED

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองการขายเลขที่

ประเทศ People's Republic of China

หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่

สามารถใช้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

เงื่อนไข

- เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่ากรรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- ห้ามโฆษณาว่าได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความลับของผู้อนุญาต